
Prog
Choix mode : Réglage
Modif
Choix mode : Programmation
Menu
Début Programmation
Langues
Choix de la langues
Date et heure
jj/mm/aaaa 00h00
Heure d'été
NON / OUI
Voir PREL Loger
Rotation / stop quand plein
Mesure T°C
NON / stop quand plein / rotation
Mode économie énergie
NON / OUI
PPI mode
NON / OUI
Embouteilleur
OUI / NON
Nombre d'aspiration par échantillon
XXXX
Echantillon initial
NON / OUI
Mode échant
Mode débit
Débit temps : Non auto/auto
Signal de débit: 4-20mA /impulsionnel
Mode temps
Commande à distance
NON / OUI
Protection trop plein
NON / OUI
Nombre maxi échantillons
XXXX
Purges avant échantillon
XX sec
Purges après échantillon
XX sec
Hors délai
XX sec
Réglage embout
Nombre de bouteilles
Cycle continu
Mode embout
Unitaire / Groupe
Nombre de bout / Groupe
XXXX
Incrémentation
Temps / Echant
Fin programmation
Nombre max échant / bout
XXXX
Choix mode : Réglage
Menu
Début réglage
Départ séquence
Immediat / jj/mm/aaaa 00h00
Arrêt séquence
Sans / jj/mm/aaaa 00h00
Interval / echant
OU
impuls/echant
Débit / temps
Fin réglage
Temps / Bout
OU
Echant / Bout